



innovators you can count on

Mimics inPrint 2.0

Instructions for Software Use

Instructies voor gebruik van de software

Instructions pour l'utilisation du logiciel

Anweisungen für die Softwarenutzung

Instrucciones de uso del Software

Instruções de uso do Software

Yazılım Kullanım Talimatları

Οδηγίες χρήσης λογισμικού

Skrócona instrukcja obsługi oprogramowania

Istruzioni d'uso del software

Table of content

1. Instructions for Software Use	1
2. Instructies voor gebruik van de software	4
3. Instructions pour l'utilisation du logiciel	7
4. Anweisungen für die Softwarenutzung	10
5. Instrucciones de uso del Software	13
6. Instruções de uso do Software	16
7. Yazılım Kullanım Talimatları	19
8. Οδηγίες χρήσης λογισμικού	22
9. Skrócona instrukcja obsługi oprogramowania	25
10. Istruzioni d'uso del software	28

Description of Mimics software

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) is a software tool for visualizing and segmenting medical images (such as CT and MRI) and rendering 3D objects. Mimics inPrint may be used as a medical device, within the limits of the described below intended use statement.

Mimics may be used to load and process stacks of 2D images from numerous formats including: Dicom 3.0 format, BMP, TIFF, JPG and raw images. Once images are processed, they can be used for numerous applications of Engineering on Anatomy including measuring, designing, modeling and 3D printing.

Mimics inPrint enables users to control and correct the segmentation of medical images such as CT and MRI-scans. A trained software user can easily and accurately define 3D models for visualization and/or production.

Indications for use

Mimics inPrint (hereafter 'Mimics') is intended for use as a software interface and image segmentation system for the transfer of imaging information from a medical scanner such as a CT scanner or a Magnetic Resonance Imaging scanner to an output file. It is also used as pre-operative software for simulating/evaluating surgical treatment options.

Mimics is not intended to be used for mammography imaging.

Contraindications

Please note that Mimics is *not* intended for mammography imaging.

Warnings and recommendations

Mimics software should only be used by trained professionals. We recommend that all users participate in a training offered by a Materialise expert for best results. Outputs intended to treat or diagnose patients must be checked by the responsible clinician who can compare the 3D reconstructions with the slice images to verify quality. It is the clinician's ultimate obligation to exercise his/her professional judgment as to whether the treatment planned using the medical device software (Mimics) should be performed. Inter-slice and in-slice distance of less than 1mm are recommended for treatment decisions based on 3D reconstructions for pre-operative planning or 3D printing. For bone related applications, we advise you to reconstruct the medical images in a window optimized for bone.

Best-practice tips and precautions

Be advised that the quality of medical images determines the accuracy of the 3D model in Mimics. Scanning protocols are left to the discretion of the user; however, we recommend that industry standards are referenced and followed. Only images obtained less than six months before should be used for simulating and/or evaluating surgical treatment options.

Please be aware that the Dicom coordinate system is reset for each Dicom series originating from all Hitachi scanners and from Siemens Symphony, Sonata and Harmony scanners with software versions older than Syngo MR B13.

Instructions for use

Starting Mimics

After installing the software on your PC, double click the Mimics icon. You may also click on the **Start Button → All Programs → Materialise Software → Mimics inPrint** to begin.

Materialise software is protected by a key file. When you start Mimics for the first time or when your key has expired, the Key Request Wizard will automatically start up to assist you with the registration process. Available options are explained in the **Reference Guide**. We recommend that you select '**instant activation**' in the Key Request Wizard. This will automatically renew your license Key File when it expires as long as you have internet access*.

Minimum system requirements

Software	Hardware
Windows 7 – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 or equivalent
Internet Explorer 6	4 GB RAM
PDF viewer	DirectX 9.0c compliant graphics card with 512 MB RAM
	5 GB free hard disk space
	Resolution of 1280x1024

Note: Mac users can install Mimics inPrint using Bootcamp in combination with a supported Windows OS.

Note: Projects created or modified in a version prior to Mimics Medical/Research 18.0 are not supported by Mimics inPrint 2.0.


Preferred system requirements

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Third generation Core i5/i7 or equivalent
Internet Explorer 10	8 GB RAM
	DirectX 10.0 compliant ATI Radeon/nVidia GeForce card with 1GB RAM
	10 GB free hard disk space
	Resolution of 1680x1050 or higher

Note: Other qualifications may apply. When working with datasets larger than 1GB the system should comply with the recommended system requirements.

Manufacturer contact details

Manufactured in December 2016 by:



Materialise NV
Technologelaan 15
B-3001 Leuven
Belgium

Phone: +32 16 39 66 11

<http://biomedical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney NSW 2000;
Australia

Mimics is a CE-marked product.

© 2016 – Materialise N.V. All rights reserved.

Beschrijving van de Mimics software

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) is een softwareprogramma dat toelaat medische beeldvorming (zoals CT en MRI) te visualiseren en segmenteren en driedimensionale objecten weer te geven. Mimics inPrint mag als medisch hulpmiddel gebruikt worden, en dit binnen de grenzen van het beoogd gebruik van die versies.

Mimics kan gebruikt worden om stapels tweedimensionale afbeeldingen van allerlei formaten, waaronder Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG en onbewerkte beelden, in te laden en te verwerken. Zodra beelden verwerkt zijn, kunnen ze voor vele 'Engineering on Anatomy' doeleinden gebruikt worden, zoals meting, ontwerp, modellering en 3D printen.

Mimics inPrint stelt gebruikers in staat de segmentatie van medische beeldvorming, zoals CT en MRI scans, te controleren en te verbeteren. Een getrainde softwaregebruiker kan eenvoudig en accuraat 3D-modellen definiëren voor visualisering en/of productie.

Gebruiksindicaties

Mimics inPrint (hierna 'Mimics') is bedoeld voor gebruik als software interface en segmentatiesysteem voor de overdracht van beeldinformatie van een medische scanner zoals een CT- of MRI-scanner naar een outputbestand. Het wordt ook gebruikt als pre-operatieve software voor de simulatie/evaluatie van operatieve behandelingsopties. Mimics is niet bedoeld voor mammografische beeldvorming.

Contraindicaties

Houd er rekening mee dat Mimics niet bedoeld is voor mammografische beeldvorming.

Waarschuwingen en aanbevelingen

Mimics software mag uitsluitend gebruikt mogen worden door opgeleide vakmensen. Voor de beste resultaten raden we alle gebruikers aan deel te nemen aan een training die aangeboden wordt door een Materialise expert. Als men met de output beoogt patiënten te behandelen of te diagnosticeren, moet die gecontroleerd worden door de verantwoordelijke clinicus, die de driedimensionale reconstructies kan vergelijken met de schijfbeelden om de kwaliteit na te gaan. Het is de uiteindelijke plicht van de clinicus om zijn/haar professioneel oordeel uit te spreken over de vraag of de behandeling die gepland werd met behulp van de medische software (Mimics), al dan niet uitgevoerd moet worden. Een inter-slice en in-slice afstand van minder dan 1mm wordt aanbevolen voor behandelingsbeslissingen gebaseerd op 3D reconstructies voor pre-operatieve planning of 3D printen. Voor botgerelateerde toepassingen raden we u aan de medische beelden te reconstrueren in een voor bot geoptimaliseerd venster.

'Best practice' tips en voorzorgsmaatregelen

Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de medische beeldvorming de accuraatheid van het 3D model in Mimics bepaalt. Scanprotocollen worden aan de discretie van de gebruiker overgelaten, maar we verwijzen naar de industrienormen en raden aan ze te volgen. Enkel beelden die minder dan zes maanden voordien verkregen zijn, mogen gebruikt worden om operatieve behandelingsopties te simuleren en/of evalueren.

Let erop dat het Dicom-coördinatensysteem teruggezet wordt voor elke Dicom-reeks afkomstig van alle Hitachi scanners en van Siemens Symphony, Sonata en Harmony scanners met softwareversies ouder dan Syngo MR B13.

Instructies voor gebruik

Mimics opstarten

Dubbelklik, nadat u de software op uw PC heeft geïnstalleerd, op het Mimics icoon. U kunt ook klikken op: **Start → Alle Programma's → Materialise Software → Mimics inPrint** om te beginnen.

Materialise software is beveiligd met een licentiesleutelbestand (key file). Wanneer u Mimics de eerste keer opstart of wanneer uw sleutel vervallen is, zal de 'Key Request Wizard' automatisch opstarten om u te helpen bij het registratieproces. Beschikbare opties worden uitgelegd in de '**Reference Guide**'. We raden u aan '**instant activation**' te selecteren in de Key Request Wizard. Dit zal uw licentiesleutelbestand automatisch vernieuwen wanneer het vervalt, indien u toegang heeft tot het internet.

Minimale systeemvereisten

Software	Hardware
Windows 7 – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 of gelijkwaardig
Internet Explorer 6	4 GB RAM
PDF viewer	DirectX 9.0c compatibele grafische kaart met 512 MB RAM
	5 GB beschikbare harde-schijfruimte
	Resolutie 1280x1024

Opmerking: Mac gebruikers kunnen de Mimics inPrint installeren met behulp van Boot Camp in combinatie met een ondersteund Windows OS.

Opmerking: Projecten gecreeerd of aangepast in een versie voorafgaande aan Mimics Medical/Research 18.0 zijn niet ondersteund door Mimics inPrint 2.0.


Aanbevolen systeemvereisten

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Derde generatie Intel Core i5/i7 of gelijkwaardig
Internet Explorer 10	8 GB RAM
	DirectX 10.0 compatibele AMD Radeon/nVidia GeForce kaart met 1GB RAM
	10 GB beschikbare harde-schijfruimte
	Resolution 1680x1050 of hoger

Opmerking: Andere kwalificaties kunnen van toepassing zijn. Om te werken met datasets groter dan 1GB moet het systeem voldoen aan de aanbevolen systeemvereisten.

Contactgegevens van de fabrikant

Geproduceerd in december 2016 door:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgium
Phone: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics is een product met CE-markering.

© 2016 – Materialise N.V. Alle rechten voorbehouden.

Description du logiciel Mimics

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) est un logiciel qui sert à visualiser et segmenter des images médicales (telles que celles provenant des examens CT et IRM) et à générer des objets 3D. Mimics inPrint peut être utilisée comme dispositif médical, dans les limites décrites de la clause d'utilisation.

Mimics peut être utilisé pour charger et traiter une pile d'images médicales qui peuvent être disponibles sous différents formats tels que : Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG et des images brutes. Une fois les images traitées, elles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications d'"Ingénierie de l'Anatomie", comme le relevé de mesures, la conception, la modélisation et l'impression tridimensionnelle.

Mimics inPrint permet aux utilisateurs de contrôler et de corriger la segmentation d'images médicales (telles que des scans CT et IRM). Un utilisateur du logiciel entraîné peut définir facilement et avec précision des modèles 3D, utilisés pour la visualisation et / ou la production.

Indications d'utilisation

Mimics inPrint (appelé 'Mimics' ci-après) peut être vu comme une interface et un outil de segmentation permettant le transfert d'information direct entre un série d'images médicales et un fichier de sortie. Mimics est également utilisé comme logiciel préopératoire pour étudier / évaluer des options de traitement chirurgical. Mimics n'est pas prévu pour être utilisé pour l'imagerie mammographique.

Contre-indications

Mimics n'est pas destiné à des fins d'imagerie de mammographie.

Conseils et avertissements

Le logiciel Mimics ne peut être utilisé que par des professionnels formés. Nous recommandons à tout nouvel utilisateur de participer à une formation offerte par l'un de nos experts de Materialise afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les fichiers (données et/ou modèles), obtenus lors de l'utilisation de nos logiciels, qui sont destinés à traiter ou diagnostiquer des patients doivent être impérativement contrôlés par le clinicien responsable qui saura comparer les reconstructions 3D avec les images médicales afin de vérifier la pertinence et la qualité des résultats. C'est au clinicien, par son jugement professionnel, que revient la décision finale d'effectuer ou non le traitement planifié à l'aide de la version médicale de Mimics.

Une distance entre coupes ainsi qu'une épaisseur de coupe d'image Dicom de moins de 1 mm sont recommandées pour des décisions de traitement fondées sur des reconstructions tridimensionnelles, pour la planification préopératoire mais également l'impression 3D. Pour les applications liées aux os, nous vous conseillons de reconstruire les images médicales à partir d'un filtre d'image optimisé pour les matériaux osseux.

Meilleures pratiques et précautions

Soyez conscient que la qualité des images médicales détermine la précision des modèles 3D dans Mimics. Les protocoles d'analyse restent à la discréption de l'utilisateur, mais nous recommandons que les standards industriels soient référencés et suivis. Seules les images

endéans de 6 mois à partir de la date d'acquisition peuvent être utilisées pour la simulation et / ou l'évaluation des options de traitement chirurgical.

Sachez que le système de coordonnées Dicom est réinitialisé pour chaque série d'images Dicom provenant des scanners Hitachi, Siemens Symphony, Sonata et Harmony avec des versions de logiciel plus anciennes que Syngo M. B13.

Instructions pour l'utilisation

Démarrer Mimics

Après avoir installé le logiciel sur votre PC, double-cliquez sur l'icône de Mimics. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Démarrer → Tous les programmes → Materialise Software → Mimics inPrint** pour commencer.

Les logiciels de Materialise sont protégés par un fichier clé alpha numérique. Quand vous démarrez Mimics pour la première fois ou lorsque votre clé a expiré, le 'Assistant de licence' démarra automatiquement pour vous aider dans le processus d'enregistrement. Les options disponibles sont expliquées dans le **manuel d'utilisation**. Nous vous recommandons de sélectionner l'option '**instant activation**' dans l'**'Assistant de licence'**. De cette façon, votre fichier de licence sera automatiquement renouvelé à son expiration, dès que vous vous connecterez à Internet.

Configuration minimale du système

Software	Hardware
Windows 7 – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 ou équivalent
Internet Explorer 6	4 Go de RAM
Lecteur de PDFs	DirectX 9.0c compatible avec une carte graphique avec 512 Mo de RAM
	5 Go d'espace libre du disque
	Résolution de 1280x1024

Note: Les utilisateurs d'un système d'exploitation Mac peuvent installer la Mimics inPrint en utilisant Boot Camp en combinaison avec un système d'exploitation Windows pris en charge.

Note: Les projets créés ou modifiés dans une version antérieure à Mimics Medical / Research 18.0 ne sont pas pris en charge par Mimics inPrint 2.0.


Configuration recommandée du système

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Troisième génération Intel Core i5/i7 ou équivalent
Internet Explorer 10	8 Go de RAM
Lecteur de PDFs	DirectX 10.0 compatible avec une carte graphique AMD Radeon/nVidia GeForce avec 1Go de RAM
	10 Go d'espace libre du disque
	Résolution de 1680x1050 (ou supérieure)

Note: D'autres configurations sont susceptibles de fonctionner. Lors de la manipulation d'échantillons excédant 1GB, le système doit être conforme aux exigences systèmes recommandées.

Coordonnées du fabricant

Fabriqué en Décembre 2016 par:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgique
Téléphone: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics porte le marquage CE.

© 2016 – Materialise N.V. Tous droits réservés

Beschreibung der Mimics Software

Materialises Interactive Medical Image Control System (MIMICS) ist ein Software-Tool zur Visualisierung und Segmentierung medizinischer Bilder (wie CT und MRT) und Rendering von 3D-Objekten. Mimics inPrint kann als Medizinprodukt eingesetzt werden, wenn der Einsatz im Rahmen der untenstehenden Vorgaben erfolgt.

Mimics kann zum Laden oder Verarbeiten von 2D-Bildstapeln in zahlreichen Formaten verwendet werden, einschließlich Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG und RAW-Bildern. Sobald Ihre Bilder verarbeitet sind, stehen sie Ihnen für verschiedenste „Engineering on Anatomy“ Anwendungen zur Verfügung, wie beispielsweise Messungen, Planung, Modellierung und 3D-Druck.

Mimics inPrint ermöglicht Nutzern, die Segmentierung medizinischer Bilddaten wie CT- und MRT-Scans zu kontrollieren und korrigieren. Ein geübter Softwareanwender kann einfach und genau 3D-Modelle zur Visualisierung und / oder Produktion generieren.

Indikationen für die Verwendung

Mimics inPrint (nachstehend ‘Mimics’) ist für die Verwendung als Softwareinterface und Bildsegmentierungssystem für die Übertragung von Bildern eines medizinischen Scanners wie einem CT-Scanner oder einem Magnetresonanztomographie-Scanner in Ausgabedateien bestimmt. Es wird auch als präoperative Software zur Simulation / Auswertung chirurgischer Behandlungsoptionen verwendet.

Mimics dient nicht zum Einsatz in der Mammographie.

Kontraindikationen

Bitte beachten Sie, dass Mimics nicht zum Einsatz in der Mammographie dient.

Warnungen und Empfehlungen

Die Mimics Software sollte nur von geübten Fachleuten verwendet werden. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Teilnahme an einer Schulung durch einen Experten von Materialise. Mit Mimics generierte Ergebnisse oder Arbeitsresultate, die zur Behandlung oder Diagnose von Patienten dienen, müssen von einem zuständigen Arzt überprüft werden, der die 3D-Rekonstruktionen mit den Schichtbildern vergleichen kann, um die Qualität zu verifizieren. Es liegt in der Verantwortung des Arztes zu beurteilen, ob die Behandlung, die mit der als Medizinprodukt deklarierten Software (Mimics) geplant wurde, durchgeführt werden soll. Inter-Slice und In-Slice-Abstände von weniger als 1 mm sind für Behandlungsentscheidungen auf Basis von 3D-Rekonstruktionen für präoperative Planung oder 3D-Druck empfohlen. Für knochenbezogene Anwendungen raten wir Ihnen die medizinischen Bilder in einem für Knochen optimierten Fenster zu rekonstruieren.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte achten Sie darauf, dass die Qualität der medizinischen Bilder die Genauigkeit des 3D-Modells in Mimics bestimmt. Scanprotokolle liegen im Ermessen des Nutzers. Für optimale Ergebnisse wird jedoch empfohlen die Industriestandards einzuhalten. Nur Bilder, die weniger als sechs Monate zuvor generiert wurden, sollten für die Simulation und / oder die Bewertung chirurgischer Behandlungsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Dicom-Koordinatensystem für jede Dicom-Serie von allen Hitachi-Scannern sowie Siemens Symphony, Sonata und Harmony Scannern mit Software-Versionen, die älter als Syngo MR B13 sind, zurückgesetzt wird.

Anweisungen für die Softwarenutzung

Mimics starten

Nach der Installation der Software auf Ihrem PC doppelklicken Sie auf das Mimics inPrint Desktop-Symbol. Sie können auch auf die **Schaltfläche Start → Alle Programme → Materialise Software → Mimics inPrint** klicken.

Materialise Software wird von einer Lizenzschlüssel-Datei geschützt. Wenn Sie Mimics zum ersten Mal starten oder wenn der Lizenzschlüssel abgelaufen ist, öffnet sich der sogenannte Key Request Wizard automatisch, um Sie bei dem Registrierungsprozess zu unterstützen. Verfügbare Optionen werden im **Reference Guide** erläutert. Wir empfehlen Ihnen die Option "**instant activation**" im Key Request Wizard zu wählen. Dadurch wird Ihre Lizenzschlüssel-Datei automatisch erneuert, sobald diese ausläuft. Hierbei wird eine Internetverbindung benötigt.

Minimale Systemanforderungen

Software	Hardware
Windows 7 – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 oder gleichwertig
Internet Explorer® 6	4 GB RAM
PDF Viewer	DirectX 9.0c kompatible Grafikkarte mit 512 MB RAM
	5 GB freier Festplattenspeicher
	Auflösung von 1280x1024

Anmerkung: Mac Nutzer können Mimics inPrint mithilfe von Boot Camp kombiniert mit einem Windows Betriebssystem installieren.

Anmerkung: Projekte, die in einer Version der Mimics Innovation Suite Medical/Research, die älter als Version 18.0 ist, erstellt wurden, werden von Mimics inPrint 2.0 nicht unterstützt.


Empfohlene Systemanforderungen

Software	Hardware
Windows 7- 64bit	Dritte Generation Intel Core i5/i7 oder gleichwertige CPU
Internet Explorer 10	8 GB RAM
	DirectX 10.0 kompatible AMD Radeon/nVidia GeForce Karte mit 1GB RAM
	10 GB freier Festplattenspeicher
	Auflösung von 1680x1050 oder höher

Anmerkung: Eventuell können andere Bedingungen gelten. Wenn mit Datensätzen gearbeitet wird, die größer als 1GB sind, sollten die empfohlenen Systemanforderungen herangezogen werden.

Kontaktdaten des Herstellers

Hergestellt im Dezember 2016 von:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgien
Telefon: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney NSW 2000; Australia

0120 Mimics ist ein CE-gekennzeichnetes Produkt.

© 2016 – Materialise N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Descripción del software Mimics

El Sistema de Control Interactivo de Imágenes Médicas (por sus siglas en inglés MIMICS) de **Materialise** es un software para visualizar y segmentar las imágenes médicas (tales como TAC y RM) y crear objetos en 3D. Mimics inPrint puede ser utilizada como dispositivo médico dentro de los límites descritos en las condiciones de uso previsto.

Mimics puede ser utilizado igualmente para descargar y procesar una cantidad de imágenes 2D desde numerosos formatos como: Dicom en formato 3.0, BMP, TIFF, JPG e imágenes sin procesar. Una vez que las imágenes son procesadas, pueden ser utilizadas para distintas aplicaciones de Ingeniería en la Anatomía tales como la medición, el diseño, modelado e impresión en 3D.

Mimics inPrint le permite al usuario controlar y corregir la segmentación realizadas de imágenes médicas tales como CT y resonancias. Un usuario con experiencia en el software puede usar fácilmente y definir de manera precisa los modelos 3D para la visualización y/o la producción del mismo.

Indicaciones de uso

Mimics inPrint (en adelante “Mimics”) está diseñado para ser utilizado como un sistema interfaz de software y de segmentación de imágenes para la transferencia de información de dichas imágenes desde scanner de CT o de Resonancia Magnética hasta un archivo de salida. Igualmente es utilizado como software pre-operatorio para simular/evaluar las opciones de tratamiento quirúrgico. Mimics no está diseñado para trabajar con imágenes mamográficas.

Contraindicaciones

Por favor tenga en consideración que Mimics no fue diseñado para usarse con imágenes mamográficas.

Precauciones y recomendaciones de uso

El software Mimics debe ser manejado por profesionales debidamente adiestrados. Para obtener mejores resultados, recomendamos que todos los usuarios participen en el adiestramiento ofrecido por los expertos de Materialise. Las imágenes resultantes utilizadas para el diagnóstico o tratamiento de pacientes deben ser corroboradas por el profesional médico para comparar las reconstrucciones 3D con los cortes de imágenes y verificar la calidad. Es obligación principal del especialista médico ejercer su juicio profesional en los casos en que se planifique con el dispositivo de software médico (Mimics) y según el criterio clínico, aprobar el tratamiento planificado. Se recomienda una distancia entre cortes y un espesor de corte de menos de 1mm cuando la decisión sobre el tratamiento se base en reconstrucciones 3D para la planificación pre-operatoria o las impresiones en 3D. Para aplicaciones orientadas a tejido óseo, le aconsejamos reconstruir las imágenes médicas en una ventana optimizada para huesos.

Sugerencias para una mejor práctica y precauciones

Tenga presente que la calidad de las imágenes médicas determina la exactitud del modelo 3D en Mimics. Los protocolos de imagenología se realizan a discreción del usuario; sin embargo, recomendamos tener como referencia y seguir los estandartes industriales. Para

simular y/o evaluar opciones de tratamientos quirúrgicos, se deben utilizar solamente imágenes obtenidas en los últimos 6 meses.

Tome en cuenta que el sistema de coordenadas Dicom será reconfigurado para cada serie Dicom proveniente de todos los lectores Hitachi y de los lectores Siemens Symphony, Sonata y Harmony con softwares de versiones anteriores a Syngo MR B13.

Instrucciones de uso

Iniciando Mimics

Después de instalar el software en su computador, haga doble clic sobre el ícono de Mimics. Igualmente puede hacer clic sobre **Start Button → All Programs → Materialise Software → Mimics inPrint** para comenzar.

El software de Materialise está protegido por un archivo clave (código de activación). Cuando se inicia Mimics por primera vez o cuando el código ha expirado, el Asistente de Registro de Claves (Key Request Wizard) se iniciará automáticamente para asistirlo en el proceso de registro. Las opciones disponibles se encuentran en la **Guía de Referencia**. Recomendamos seleccionar "**instant activation**" en el Asistente de Registro de Claves. Esto renovará automáticamente el permiso de Archivo Clave cuando expire, siempre y cuando tenga acceso a Internet.

Requerimientos mínimos de sistema

Software	Hardware
Windows 7– 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 o algún sistema equivalente
Internet Explorer 6	4 GB RAM
Visor de PDF	DirectX 9.0c con tarjeta gráfica de 512 MB RAM
	5 GB de espacio libre en el disco duro
	Resolución de 1280x1024

Nota: los usuarios Mac pueden instalar el Mimics inPrint usando Boot Camp combinado con un sistema operativo Windows.

Nota: Proyectos creados o modificados con versiones anteriores a Mimics Medical/Research 18.0 no son respaldados por Mimics inPrint 2.0.


Requerimientos recomendados de sistema

Software	Hardware
Windows 7- 64bit	Tercera generación Intel Core i5/i7 o equivalente
Internet Explorer 10	8 GB RAM
	DirectX 10.0 con tarjeta AMD Radeon/nVidia GeForce con 1GB RAM
	10 GB de espacio libre en el disco duro
	Resolución igual o mayor a 1680x1050

Nota: Otros requisitos pueden aplicar. Al trabajar con bases de datos más pesadas que 1GB, el sistema debe cumplir con los requerimientos recomendados.

Información del fabricante

Fabricado en diciembre 2016 por:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Bélgica
Teléfono: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics es un producto con la marca CE.

© 2016 – Materialise N.V. Todos los derechos reservados.

Descrição do Software Mimics

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) é uma ferramenta de software utilizada para a visualização e segmentação de imagens médicas (como RM e TAC) e para a renderização de modelos 3D. O Mimics inPrint pode ser utilizado como um dispositivo médico, dentro dos limites descritos abaixo na declaração da utilização pretendida.

O Mimics pode ser utilizado para carregar e processar conjuntos de imagens 2D de diferentes formatos como: Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG e images puras. No momento em que as imagens são processadas, elas podem ter múltiplas utilizações dentro da denominada Engenharia na Anatomia como medições, desenho, modelagem e impressão 3D.

O Mimics inPrint permite ao utilizador controlar e corrigir o processo de segmentação de imagens médicas de scanners de TAC e RM. Um utilizador treinado pode definir com facilidade e precisão modelos 3D para visualização e /ou produção.

Indicações de uso

O Mimics inPrint (a partir de agora 'Mimics') tem como intuito ser utilizado como uma interface de software e sistema de segmentação de imagens de scanners de TAC e RM. Também é utilizado como software de pré-planeamento para simular ou avaliar diferentes opções de tratamentos cirúrgicos.

O Mimics não tem como intuito ser utilizado para imagens de mamografia.

Contraindicações

É importante notar que o Mimics não tem como intuito ser utilizado para imagens de mamografia.

Advertências e Recomendações

O software Mimics deveria apenas ser usado por profissionais treinados. Recomendamos que todos os utilizadores participem num treino fornecido por algum especialista da Materialise para assim obter os melhores resultados. Os resultados obtidos com o intuito tratar ou diagnosticar um doente, devem ser avaliados por um responsável clínico que pode comparar as reconstruções 3D com as images radiológicas de forma a verificar a qualidade. É obrigação do responsável clínico de exercer o seu juízo profissional para avaliar se o tratamento planeado usando o Mimics (dispositivo médico) deve ser realizado. Uma distância entre fatias menor que 1mm é recomendada para as imagens médicas. Para aplicações relativas aos ossos, recomendamos que a reconstrução das imagens seja feita com o intervalo próprio e optimizado para tecido ósseo.

Dicas de boa prática e Precauções

Note que a qualidade das imagens médicas irá determinar a precisão dos modelos 3D no Mimics. Os protocolos de aquisição de imagens são deixados ao critério dos utilizadores. No entanto, recomendamos que sejam seguidos os padrões e referências da industria.

Apenas imagens que foram obtidas a menos de 6 meses após a sua aquisição devem ser utilizadas para simular ou avaliar possíveis tratamentos cirúrgicos.

Note que o sistema de coordenadas Dicom é reajustado para cada série de imagens Dicom provenientes de scanners Hitachi, da série Symphony, Sonata e Harmony da Siemens com versões de software anteriores a Syngo MR B13.

Instruções de uso

Ao iniciar o Mimics

Depois de ter instalado o software no seu computador, faça duplo click no ícone do Mimics no seu ambiente de trabalho. Pode também clickar em **Start → All Programs → Materialise Software → Mimics inPrint** para iniciar o programa.

Os software da Materialise são protegidos com um KeyFile. Quando iniciar o Mimics pela primeira vez ou quando o Keyfile expirar, o Key Request Wizard iniciará de forma automática para o apoiar no processo de registo e geração do Keyfile. As opções disponíveis são explicadas no **Reference Guide**. Recomenda-se seleccionar “**instant activation**” no Key Request Wizard. Isto permitirá renovar de forma automática o Keyfile expirado, se tiver ligação à internet.

Requisitos mínimos do sistema

Software	Hardware
Windows 7– 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 ou equivalente
Internet Explorer 6	4 GB RAM
Visualizador de PDF	Placa Gráfica com 512MB compatível com DirectX® 9.0c
	5 GB de disco rígido livres
	Resolução: 1280x1024

Nota: Usuários do Sistema Mac podem instalar o Mimics inPrint usando Boot Camp em combinação com uma plataforma que permita utilizar o sistema operacional Windows.

Nota: Projectos criados ou modificados numa versão inferior ao Mimics Medical/Research 18.0 não são suportados no Mimics inPrint 2.0.

Requisitos recomendados do sistema

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Intel Core i5/i7 de terceira geração ou equivalente
Internet Explorer® 10	8 GB RAM
Visualizador de PDF	DirectX 10.0 compatível com a placa gráfica AMD Radeon/nVidia GeForce com 1GB RAM
	10 GB de disco rígido livre
	Resolução: 1680x1050 ou superior

Nota: Outras características podem ser aplicáveis. Quando trabalhar com arquivos com tamanho superior a 1GB, o sistema deve cumprir os requisites recomendados do Sistema.

Detalhes de contacto

Fabricado em Dezembro de 2016 por:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Bélgica
Telefone: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics é um produto certificado com marcação CE.

© 2016 – Materialise N.V. Todos os direitos reservados.

Mimics Yazılımının Açıklaması

Materialise Interactive (Etkileşimli) Medical (Tıbbi) Image (Görüntü) Control (Kontrol) System (Sistemi) (MIMICS), tıbbi görüntülerin (örneğin CT ve MRI) görselleştirilmesi ve böülümlendirilmesi ve 3 boyutlu nesnelerin işlenmesi için kullanılan bir yazılım aracıdır. Mimics inPrint aşağıda açıklanan kullanım amacı bildirimi sınırları içerisinde tıbbi bir araç olarak kullanılabilir.

Mimics, aşağıdakilerin de dahil olduğu çok sayıda formattan 2 boyutlu görüntülerin oluşturduğu yiğinları yüklemek ve işlemek için kullanılabilir: Dicom 3.0 formatı, BMP, TIFF, JPG ve ham görüntüler. Görüntüler işlendikten sonra, Anatomi Tasarımının ölçüm, tasarım, modelleme ve 3 boyutlu baskı dahil birçok uygulamasında kullanılabilir.

Mimics inPrint, kullanıcıların CT ve MRI taramaları gibi tıbbi görüntülerin böülümlendirilmelerini kontrol etmesine ve düzeltmesine olanak tanır. Eğitimli bir yazılım kullanıcısı, görselleştirme ve/veya üretim için 3 boyutlu modelleri kolaylıkla ve kesin olarak tanımlayabilir.

Kullanım Endikasyonları

Mimics inPrint (bu noktadan sonra 'Mimics'), görüntü bilgilerinin bir CT tarayıcı veya Manyetik Rezonans Görüntüleme tarayıcısı benzeri bir tıbbi tarayıcıdan bir çıktı dosyasına aktarılmasında kullanılan bir yazılım arabiri ve görüntü böülümlendirme sistemidir. Ayrıca, cerrahi tedavi seçeneklerinin simüle edilmesi/değerlendirilmesi için bir ameliyat öncesi yazılımı olarak da kullanılabilir.

Mimics, mamografi görüntülemede kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

Kontraendikasyonlar

Mimics'in, mamografi görüntülemede kullanım amacıyla tasarlanmadığını unutmayın.

Uyarılar ve tavsiyeler

Mimics yazılımı sadece eğitimli profesyoneller tarafından kullanılmalıdır. En iyi sonuçlar için tüm kullanıcıların, bir Materialise uzmanı tarafından verilen eğitime katılmaları tavsiye edilir. Hastaları tedavi etmek veya teşhis koymak için kullanılan çıktılar, kaliteyi onaylamak için 3 boyutlu yeniden yapılandırmaları dilim görüntülerle karşılaştırabilen sorumlu klinisyen tarafından denetlenmelidir. Tıbbi cihaz yazılımı (Mimics) kullanılarak planlanan tedavilerin uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili kararı vermek, klinisyenin sorumluluğundadır. Ameliyat öncesi planlama veya 3 boyutlu baskı için 3 boyutlu yeniden yapılandırmaları temel alan tedavi kararları için dilimler arası ve dilim için aralığın 1 mm'den az olması tavsiye edilir. Kemiklerle ilgili uygulamalarda tıbbi görüntüler, kemik için optimum hale getirilmiş bir pencere içinde yeniden yapılandırmanızı tavsiye ediyoruz.

En iyi uygulama ipuçları ve önlemler

Tıbbi görüntülerin kalitelerinin, Mimics'teki 3 boyutlu modellerin doğruluğunu belirlediğini unutmayın. Tarama protokollerini kullanıcının takdirine bırakılmıştır ancak, en iyi sonuçlar için sektör standartlarının referans alınmasını ve bunlara uyulmasını tavsiye ediyoruz. Cerrahi tedavi seçeneklerinin simüle edilmesinde ve/veya değerlendirilmesinde sadece son altı ay içinde elde edilen görüntüler kullanılmalıdır.

Dicom koordinat sisteminin, tüm Hitachi tarayıcılarından ve Syngo MR B13'ten daha eski yazılım sürümlerinin bulunduğu Siemens Symphony, Sonata ve Harmony tarayıcılarından kaynaklanan her Dicom serisi için sıfırlandığını unutmayın.

Kullanım Talimatları

Mimics'e Başlarken

Yazılımı bilgisayarınıza yükledikten sonra, Mimics simgesine çift tıklatın. Başlamak için ayrıca **Başlangıç Düğmesi** → **Tüm Programlar** → **Materialise Software** → **Mimics inPrint** öğesini de tıklatabilirsiniz.

Materialise yazılımı bir anahtar dosyası ile korunmaktadır. Mimics yazılımına ilk kez başlarken veya anahtarınızın süresi dolduğunda, Anahtar Talep Sihirbazı kayıt sürecinde size yardımcı olmak için otomatik olarak başlatılacaktır. Mevcut seçenekler **Referans Kılavuzunda** açıklanmıştır. Anahtar Talep Sihirbazında '**hızlı etkinleştirme**' öğesini seçmenizi tavsiye ederiz. Bu işlev, internet erişiminiz varsa lisans Anahtarı Dosyasını, süresi dolduğunda otomatik olarak yenileyecektir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Yazılım	Donanım
Windows 7– 64bit	Intel Core2 Duo / AMD X2 AM2 ya da eşdeğer
Internet Explorer 6	4 GB RAM
PDF Görüntüleyici	DirectX 9.0c uyumlu 512 MB RAM grafik kartı
	5 GB boş hard disk alanı
	1280x1024 çözünürlük

Not: Mac kullanıcıları Mimics inPrint yazılımını desteklenen bir Windows işletim sistemi ile Boot Camp' I birlikte kullanarak kurabilirler.

Not: Mimics Medical/Research 18.0'den önceki sürümlerde yaratılan veya üzerinde değişiklik yapılan projeler Mimics inPrint 2.0 tarafından desteklenmemektedir.


Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Yazılım	Donanım
Windows 7 - 64bit	3. Nesil Intel Core i5/i7 ya da eşdeğer
Internet Explorer 10	8 GB RAM
PDF Görüntüleyici	DirectX 10.0 uyumlu AMD Radeon/nVidia GeForce kartı 1GB RAM ile
	10 GB boş hard disk alanı
	En az 1680x1050 çözünürlük

Not: Yukarıdankilerden başka sistem özellikleri de yeterli olabilir. Fakat 1GB'tan fazla veri setleri ile çalışılıyorsa sistem yukarıdaki tavsiye edilen gereksinimleri sağlamalıdır.

Üreticinin iletişim bilgileri

Aralık 2016'da, tarafından üretilmiştir:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belçika
Telefon: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

0120 Mimics CE işaretli bir ürünüdür.

© 2016 – Materialise N.V. Tüm hakları saklıdır.

Περιγραφή του λογισμικού Mimics

Το Interactive Medical Image Control System (MIMICS) της Materialise, είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση και κατάτμηση ιατρικών εικόνων (όπως CT και MRI), καθώς και για την ανασύνθεση 3D αντικειμένων. Το Mimics inPrint μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συσκευή, στα πλαίσια που περιγράφονται στις προβλεπόμενες δηλώσεις αυτών των εκδόσεων.

Το Mimics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φόρτωση και την επεξεργασία 2D εικόνων διαφόρων τύπων συμπεριλαμβανομένων των: Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG και μη επεξεργασμένων εικόνων (raw images). Εφόσον οι εικόνες έχουν επεξεργαστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές Engineering on Anatomy, όπως μετρήσεις, ανάλυση, σχεδιασμός, μοντελοποίηση και τρισδιάστατη εκτύπωση.

Το Mimics inPrint επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να ρυθμίζουν την κατάτμηση ιατρικών εικόνων όπως αξονικές τομογραφίες (CT) και μαγνητικές τομογραφίες (MRI). Ένας εκπαιδευμένος χρήστης του λογισμικού μπορεί να δημιουργήσει εύκολα και με ακρίβεια 3D μοντέλα για απεικόνιση ή/και κατασκευή.

Ενδείξεις χρήσης

Το Mimics inPrint (εφεξής Mimics) προορίζεται για χρήση ως λογισμικό διεπαφής και σύστημα κατάτμησης εικόνας για την μεταφορά απεικονιστικών πληροφοριών από έναν Αξονικό ή Μαγνητικό τομογράφο σε εξωτερικό ψηφιακό αρχείο. Χρησιμοποιείται επίσης ως λογισμικό για προ-εγχειρητικό σχεδιασμό, καθώς και για την προσομοίωση/αξιολόγηση θεραπειών και χειρουργικής αντιμετώπισης. Το Mimics δεν προορίζεται για χρήση σε εικόνες μαστογραφίας.

Αντενδείξεις

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι το Mimics δεν προορίζεται για χρήση σε εικόνες μαστογραφίας.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις

Το λογισμικό Mimics πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Για καλύτερα αποτελέσματα, συστήνουμε την συμμετοχή όλων των χρηστών σε εκπαίδευση η οποία παρέχεται από ειδικό της Materialise. Τα παράγωγα του λογισμικού που προορίζονται για να θεραπεύσουν ή να διαγνώσουν ασθενείς πρέπει να ελέγχονται από τον υπεύθυνο γιατρό ο οποίος μπορεί να συγκρίνει τις 3D ανακατασκευές με τις εγκάρσιες εικόνες ώστε να επαληθεύσει την ποιότητα της επεξεργασίας. Είναι υποχρέωση του υπεύθυνου γιατρού να εξασκήσει την επαγγελματική του/της κρίση αναφορικά με το αν πρέπει να πραγματοποιηθεί η θεραπεία που έχει προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό (Mimics). Inter-slice και in-slice αποστάσεις μικρότερες του 1mm προτείνονται όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις θεραπείας με βάση τις 3D ανακατασκευές για προ-εγχειρητικό σχεδιασμό ή τρισδιάστατη εκτύπωση. Για εφαρμογές που σχετίζονται με οστά, συμβουλεύουμε να ανασυνθέσετε τις ιατρικές εικόνες σε κατάλληλη τιμή παραθύρου για οστά.

Συμβουλές βέλτιστης πρακτικής και προφυλάξεις

Σας ενημερώνουμε ότι η ποιότητα των ιατρικών εικόνων καθορίζει την ακρίβεια των 3D μοντέλων στο Mimics. Τα πρωτόκολλα σάρωσης παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη, παρόλα αυτά σας προτείνουμε να αναφέρονται και να ακολουθούνται τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα (industrial standards). Μόνο εικόνες που λήφθηκαν μέσα στο διάστημα των προγενέστερων έξι μηνών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση και/ή την αξιολόγηση θεραπείας και χειρουργικής αντιμετώπισης.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα συντεταγμένων Dicom γίνεται reset, για κάθε σειρά Dicom που προέρχεται από σαρωτές Hitachi, Siemens Symphony και σαρωτές Sonata και Harmony με έκδοση λογισμικού παλαιότερη από Syngo MR B13.

Οδηγίες χρήσης *Έναρξη του Mimics*

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Mimics**. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** -> **Όλα τα προγράμματα** -> **Materialise Software** -> **Mimics inPrint** για να ξεκινήσετε.

Το λογισμικό της Materialise προστατεύεται από ένα **Κλειδί Προϊόντος** (Key File). Κατά την πρώτη εκκίνηση του Mimics, ή όταν το Κλειδί Προϊόντος έχει λήξι, ο **Οδηγός Αίτησης Κλειδιού** (Key Request Wizard) θα ξεκινήσει αυτόματα ώστε να σας βοηθήσει με την διαδικασία εγγραφής. Στον **Οδηγό Αναφοράς** (Reference Guide) επεξηγούνται οι διαθέσιμες επιλογές. Σας προτείνουμε να επιλέξετε την 'Αμεση Ενεργοποίηση' (Instant Activation) στον Οδηγό Αίτησης Κλειδιού. Εφόσον έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτή η διαδικασία θα ανανεώσει αυτόματα το κλειδί προϊόντος της άδειας σας όταν αυτή λήξει.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Λογισμικό	Hardware
Windows 7– 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 ή αντίστοιχο
Internet Explorer 6	4 GB RAM
PDF viewer	DirectX 9.0c συμβατή κάρτα γραφικών με 512 MB RAM
	5 GB διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου
	Ανάλυση 1280x1024

Σημείωση: Οι χρήστες Mac μπορούν να εγκαταστήσουν το Mimics inPrint χρησιμοποιώντας Boot Camp σε συνδυασμό με ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα Windows.

Σημείωση: Projects που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν σε παλαιότερη έκδοση του Mimics Medical/Research 18.0, δεν υποστηρίζονται από το Mimics inPrint 2.0.

Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος


Λογισμικό	Hardware
Windows 7- 64bit	Τρίτης γενιάς Intel Core i5/i7 ή αντίστοιχο
Internet Explorer 10	8 GB RAM
PDF viewer	DirectX 10.0 συμβατή με AMD Radeon/nVidia GeForce κάρτα με 1GB RAM
	10 GB διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου
	Ανάλυση 1680x1050 ή υψηλότερη

Σημείωση: Άλλες απαιτήσεις μπορεί να ισχύουν. Για δεδομένα μεγαλύτερα του 1GB, το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΤΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευάστηκε το Δεκέμβριο του 2016 από:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgium
Τηλέφωνο:: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

CE 0120 To Mimics είναι ένα προιόν πιστοποιημένο με σήμανση CE.

© 2016 – Materialise N.V. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Opis oprogramowania Mimics

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS) to program do wizualizacji i segmentacji obrazów medycznych (takich jak TK i RM) oraz tworzenia trójwymiarowych modeli. Mimics inPrint może być tylko używany zgodnie z zasadami zawartymi w deklaracji zgodności.

Mimics może być używany do odczytu i przetwarzania obrazów 2D różnych formatów, w tym: DICOM 3.0, BMP, TIFF, JPG i RAW. Przetworzone obrazy mogą być poddane dalszej edycji (Engineering on Anatomy) obejmującej: pomiary, projektowanie, modelowanie czy drukowanie 3D.

Mimics inPrint umożliwia użytkownikom dokonać segmentacji obrazów medycznych, takich jak skany TK i RM i jej modyfikacji. Przeszkolony użytkownik oprogramowania może łatwo i dokładnie tworzyć trójwymiarowe modele służące do wizualizacji i / lub produkcji.

Zastosowanie

Mimics inPrint (dalej 'Mimics') jest programem używanym do trójwymiarowej segmentacji danych obrazowych uzyskiwanych ze skanerów medycznych, takich jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (RM) oraz transferu tych informacji. Program może być również stosowany do przedoperacyjnego planowania zabiegów, do symulacji / oceny chirurgicznych metod leczenia.

Mimics nie jest przeznaczony do obróbki obrazów mammograficznych.

Ograniczenia w użyciu

Należy pamiętać, że Mimics nie jest przeznaczony do analizy zdjęć mammograficznych.

Uwagi i zalecenia

Oprogramowanie Mimics powinno być używane tylko przez przeszkolonych specjalistów. Dla uzyskania najlepszych efektów, zalecamy wszystkim użytkownikom uczestnictwo w szkoleniu oferowanym i rekomendowanym przez Materialise. Rezultaty wykorzystywane do leczenia lub diagnozowania pacjentów muszą być sprawdzone przez lekarza specjalistę, który potrafi porównać wyniki segmentacji 3D z obrazami źródłowymi i zweryfikować ich jakość. Obowiązkiem lekarza jest wydanie fachowej i ostatecznej opinii czy planowanie leczenia za pomocą oprogramowania medycznego (Mimics) może być przeprowadzone. Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu chirurgicznym i planowaniu zabiegów opartym na rekonstrukcji trójwymiarowej lub drukowaniu przestrzennym (3D) zaleca się stosowanie w badaniu obrazowym odległości między przekrojami i rozmiaru piksela mniejszych niż 1 mm. W przypadku kości radzimy wykonywać segmentację obrazów medycznych z ustawieniami zoptymalizowanymi dla kości.

Dobre praktyki i porady

Należy pamiętać, że dokładność modelu trójwymiarowego uzyskanego w programie Mimics zależy od jakości obrazów medycznych. Akceptacja protokołów skanowania zależy od użytkownika, jednak zalecamy stosować rekomendowane i sprawdzone standardy i procedury. Do symulacji i / lub oceny chirurgicznych metod leczenia należy używać tylko obrazów wykonanych nie więcej niż sześć miesięcy wcześniej.

Należy pamiętać, że układ współrzędnych DICOM jest resetowany dla każdej serii obrazów DICOM, pochodzącej ze wszystkich skanerów Hitachi i Siemens Symphony, Sonata oraz skanerów Harmony z wersją oprogramowania starszą niż Syngo MR B13.

Instrukcja obsługi

Uruchamianie programu Mimics

Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze i uruchomieniu programu Mimics należy kliknąć dwukrotnie na ikonę. Aby uruchomić program można także wybrać **Start → Wszystkie programy → Materialise Software → Mimics inPrint**.

Oprogramowanie Materialise jest chronione kluczem dostępu. Przy pierwszym uruchomieniu programu Mimics lub gdy wygaśnie klucz, automatycznie uruchomi się okno rejestracji 'Key Request Wizard'. Dostępne opcje aktywacji są opisane w 'Reference Guide'. W przypadku wygaśnięcia klucza zalecamy wybrać '**instant activation**' w oknie 'Key Request Wizard'. W ten sposób plik klucz odnowi się automatycznie pod warunkiem, że jest aktywne połączenie z Internetem*.

Minimalne wymagania systemowe

Software	Hardware
Windows 7– 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 lub porównywalny
Internet Explorer 6	4 GB pamięci RAM
Przeglądarka PDF	DirectX 9.0c zgodny z kartą graficzną z 512 MB pamięci RAM
	5 GB wolnego miejsca na twardym dysku
	Rozdzielcość: 1280x1024

Uwaga: Użytkownicy Mac mogą zainstalować Mimics inPrint za pomocą Boot Camp w połączeniu z zalecany systemem operacyjnym Windows.

Uwaga: Projekty stworzone lub zmodyfikowane w wersji poprzedzającej Mimics Medical/Research 18.0 nie są wspierane przez Mimics inPrint 2.0.

Zalecane wymagania systemowe


Software	Hardware
Windows 7- 64bit	Intel Core i5/i7 trzeciej generacji lub porównywalny
Internet Explorer 10	8 GB pamięci RAM
Przeglądarka PDF	DirectX 10.0 zgodny z kartą AMD Radeon/nVidia GeForce z 1 GB pamięci RAM
	10 GB wolnego miejsca na twardym dysku
	Rozdzielcość: 1680x1050 lub wyższa

Uwaga: Może być konieczne spełnienie innych warunków. Przy pracy z zestawami danych większych niż 1 GB, system powinien posiadać zalecaną konfigurację systemową.



Dane kontaktowe producenta

Wyproducedo w grudniu 2016 r. przez:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgia
Telefon: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics jest oznaczony znakiem CE.

© 2016 – Materialise n.v. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Descrizione del software Mimics

Materialise's Interactive Medical Image Control System (MIMICS), sistema interattivo di controllo di immagini mediche) è uno strumento software di visualizzazione e segmentazione di immagini mediche (come TAC e MRI) e rendering di oggetti 3D. Mimics inPrint può essere utilizzato come dispositivo medico, entro i limiti descritti nei termini e condizioni d'utilizzo, come di seguito descritto.

Mimics può essere utilizzato per caricare ed elaborare stack di immagini 2D in numerosi formati, compresi: Dicom 3.0, BMP, TIFF, JPG e immagini in formato raw. Una volta elaborate le immagini, queste possono essere utilizzate per numerose applicazioni di "Ingegneria dell'anatomia", comprese la misurazione, progettazione, modellazione e stampa 3D.

Mimics inPrint consente agli utenti di controllare e correggere la segmentazione di immagini mediche, quali scansioni TAC e MRI(Magnetic Resonance Imaging). Un utente in possesso di adeguata formazione per il software può facilmente definire accurati modelli 3D per la visualizzazione e/o produzione.

Indicazioni per l'uso

Mimics inPrint (di seguito 'Mimics') è destinato all'impiego come software di interfaccia e sistema di segmentazione di immagini per il trasferimento di informazioni estrapolate da immagini ottenute con uno scanner medico, per esempio ottenute con TAC o MRI. Viene inoltre utilizzato come software preoperatorio per la simulazione/valutazione delle opzioni di trattamento chirurgico.

Mimics non è destinato all'impiego per imaging mammografico.

Controindicazioni

Notare che Mimics non è destinato all'impiego per imaging mammografico.

Avvertenze e raccomandazioni

Il software Mimics deve essere utilizzato esclusivamente da professionisti qualificati. Per risultati ottimali si consiglia a tutti gli utenti la partecipazione ad un corso di formazione tenuto da un esperto di Materialise. I risultati destinati al trattamento o alla diagnosi di pazienti devono essere controllati da un medico responsabile in grado di confrontare le ricostruzioni 3D con le immagini per verificarne la qualità. Obbligo ultimo del medico responsabile è esercitare il proprio giudizio professionale per stabilire se il trattamento pianificato mediante il software per dispositivi medicali (Mimics) possa essere eseguito. Risoluzione inferiore a 1 mm è consigliata nel caso in cui si decida di basare la decisione di trattamento su ricostruzioni 3D per la pianificazione preoperatoria o per stampa 3D. Per applicazioni ossee si consiglia di ricostruire le immagini mediche in una finestra ottimizzata per la parte ossea.

Consigli di buona pratica e precauzioni

Tenere presente che la qualità delle immagini mediche determina il grado di precisione del modello 3D in Mimics. La scelta dei protocolli di scansione è a discrezione dell'utente, tuttavia si consiglia di fare riferimento e ottemperare agli standard del settore. Per la simulazione e/o valutazione di opzioni di trattamento chirurgico devono essere utilizzate immagini ottenute negli ultimi sei mesi.



Tenere presente che il sistema di coordinate Dicom viene resettato per ciascuna serie Dicom ottenuta con scanner Hitachi e con scanner Siemens Symphony, Sonata e Harmony con versioni software precedenti a Syngo MR B13.

Istruzioni d'uso

Avvio di Mimics

Dopo avere installato il software sul PC, fare doppio clic sull'icona di Mimics sul desktop. Per iniziare è anche possibile cliccare su **Start → Programmi → Materialise Software → Mimics inPrint**.

Il software Materialise è protetto da un 'file chiave'. Quando Mimics viene avviato per la prima volta, o una volta scaduta la chiave, il Key Request Wizard (procedura guidata di richiesta chiave) viene automaticamente avviato per assistere l'utente nella procedura di registrazione. Le opzioni disponibili sono illustrate nella **Guida di riferimento**. Si consiglia di selezionare '**instant activation**' (attivazione istantanea) nel Key Request Wizard. In questo modo, se si dispone di accesso ad Internet la chiave verrà rinnovata automaticamente alla scadenza.

Requisiti minimi di sistema

Software	Hardware
Windows 7 – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 o equivalente
Internet Explorer 6	4 GB RAM
Lettore di documenti PDF	DirectX 9.0c Scheda grafica compatibile con 512 MB RAM
	5 GB di spazio disponibile su hard disk
	Risoluzione di 1280x1024

Nota: gli utenti MAC possono installare Mimics inPrint utilizzando Bootcamp in combinazione con un sistema operativo Windows supportato.

Nota: Progetti creati o modificati in una versione precedente a Mimics Medical/Research 18.0 non sono supportati da Mimics inPrint 2.0.

Requisiti di sistema consigliati


Software	Hardware
Windows 7- 64bit	Intel Core i5/i7 di terza generazione o equivalente
Internet Explorer 10	8 GB RAM
Lettore di documenti PDF	DirectX 10.0 compatibile con scheda grafica AMD Radeon/nVidia GeForce con 1GB RAM
	10 GB di spazio disponibile su hard disk
	Risoluzione di 1680x1050 o maggiore

Nota: Altre caratteristiche potrebbero essere sufficienti; ma con dataset più grandi di 1 GB il sistema deve soddisfare i requisiti di sistema consigliati.



Dettagli di contatto produttore

Prodotto nel dicembre 2016 da:



Materialise N.V.
Technologielaan 15
B-3001 Leuven
Belgio
Telefono: +32 16 39 66 11
<http://medical.materialise.com>

Australian Sponsor:

Emergo Australia; Level 20, Tower II Darling Park; 201 Sussex Street; Sydney
NSW 2000; Australia

CE 0120 Mimics è un prodotto a marchio CE.

© 2016 – Materialise N.V. Tutti i diritti sono riservati.